

# BMI40+ Facility Check

## Is jouw zorgorganisatie klaar voor de zorg voor obese cliënten?


In veel zorgorganisaties komt het nog weinig voor dat er een obese cliënt wordt opgenomen. We schrijven met opzet 'nog' omdat cijfers uitwijzen dat we daar de komende jaren steeds meer mee te maken gaan krijgen. Het is dus belangrijk om daarover nu vast na te denken. Immers, als je maatregelen neemt op het moment dat een obese cliënt zich aanmeldt, ben je te laat. Het is dan niet meer mogelijk om waardige zorg te bieden en zorgverleners worden te zwaar belast. Een eerste stap is daarom het doorlichten van de huidige situatie met een checklist. Dat kan met de checklist die nu voor je ligt: BMI40+ Facility Check.

Zijn er bijvoorbeeld tilliften beschikbaar die sterk genoeg zijn om cliënten die meer wegen dan bijvoorbeeld 150 kilo te verplaatsen? En zijn de deuren breed genoeg voor een extra breed obesitas bed? Realiseer je dat een checklist als deze nooit compleet is, houd je ogen dus altijd open voor eventuele andere knelpunten. En geef ze door aan de ontwikkelaars (zie adres in het colofon van deze BMI40+ Facility Check).

Pas op, als bij transferhulpmiddelen, meubilair, zorgmateriaal, etc. vermeld wordt dat ze gebruikt kunnen worden voor obese cliënten, wordt vaak alleen gedacht aan de maximale capaciteit (in kilo's). Uiteraard is dat belangrijk, maar minstens zo belangrijk is de breedte. Immers, als de capaciteit voldoende is maar het hulpmiddel te smal, dan is het alsnog onbruikbaar.

Tot slot, deze checklist checkt in eerste instantie of jouw zorgorganisatie op een veilige en ergonomische manier zorg kan verlenen aan obese cliënten. Maar is er meer nodig. Is er bijvoorbeeld kennis bij de zorgverleners aanwezig om de obese cliënt optimaal te kunnen verzorgen? Denk bijvoorbeeld aan de lichaamstypes (appel, peer) en de gevolgen daarvan voor de manier waarop deze mensen opstaan, lopen, zich verplaatsen in bed, etc. Ook is het belangrijk kennis te hebben, en extra alert te zijn, op huidproblemen bij obese mensen als gevolg van transfers en hun houding in bed of stoel. En denk tot slot aan communicatieve vaardigheden om respectvolle zorg te kunnen geven aan deze kwetsbare doelgroep. Hoewel dit belangrijke aspecten zijn, beperkt deze BMI40+ Facility Check zich tot de randvoorwaarden om ergonomisch verantwoord zorg te kunnen verlenen.

Tot slot: je zult in deze checklist regelmatig vage aanduidingen als 'voldoende' of 'geschikt' aantreffen. Helaas kunnen we dan concrete richtlijnen (in centimeters, kilo's etc.) niet geven. Soms omdat ze eenvoudigweg niet bestaan, soms omdat ze sterk afhangen van het gewicht, de mobiliteit en het lichaamstype van de betreffende obese cliënt(en). Blijf logisch nadenken, visualiseren en uitproberen (eventueel met een obesitas pak).



Copyright afbeelding: LOCOMotion

**Succes!**

# De te checken items

Maak een (virtueel) rondje door je zorgorganisatie. Waar loopt een obese cliënt letterlijk en figuurlijk tegenaan?


## 1 Maak een schatting van het aantal cliënten met overgewicht (BMI>40) die verzorgd worden in jouw organisatie.

Als dit nul of heel erg weinig is, kun je afvragen of het überhaupt nodig is om maatregelen te nemen. Een argument kan desondanks zijn dat je organisatie voorbereid wil zijn op de toekomst. Of dat je in acute situaties zorg wilt kunnen bieden aan obese cliënten.

## 2 Maak een schatting van de mobiliteit van het aantal cliënten met overgewicht.

Geef aan hoeveel cliënten van elke Mobiliteitsklasse in jouw organisatie worden verzorgd. Maak gebruik van de onderstaande indeling van obese cliënten in vijf Mobiliteitsklassen (Knibbe & Knibbe).

van A (meest links) tot E (meest rechts).




Copyright afdeling en Arjo

## 3 Ambulance

- Is de ambulance geschikt om adequate acute zorg te verlenen aan obese cliënten?  
Ja      Nee
- Is de maximale capaciteit van de brancards voldoende?  
Ja      Nee
- Zijn de brancards breed genoeg?  
Ja      Nee
- Kunnen de brancards elektrisch, dus zonder te duwen of te tillen, in en uit de ambulance?  
Ja      Nee

## 4 Bedden

- Is de maximale capaciteit van de bedden (in kilo's) voldoende? Denk ook aan het hoofdeinde. Als dat onvoldoende is, kan de obese cliënt achterover in bed zakken en zal zelfs kunnen stikken.  
Ja            Nee
- Zijn de bedden voldoende breed? Om decubitus te voorkomen moet de obese cliënt zich goed kunnen bewegen in bed en zich niet stoten aan de bedhekken.  
Ja            Nee
- Hebben de bedden voldoende elektrische (!) instelmogelijkheden zodat de obese cliënten niet volledig horizontaal hoeven te liggen? Dit om ademhalingsproblemen, die vaak voorkomen bij obese cliënten, te voorkomen.  
Ja            Nee
- Hebben de hulpmiddelen die op of aan het bed zijn bevestigd (papegaai, bedladder, etc.) voldoende capaciteit?  
Ja            Nee            Nvt
- Hebben de hulpmiddelen die bij het zwachtelen worden gebruikt ter ondersteuning van de armen of benen voldoende capaciteit? En zijn ze voldoende breed?  
Ja            Nee            Nvt
- Hebben de bedden een speciaal middengedeelte dat voorkomt dat de obese cliënt in elkaar gedrukt wordt op het moment dat het bed naar zitstand gaat? Dit is bedoeld om ademhalingsproblemen te voorkomen.  
Ja            Nee
- Is de capaciteit van het antidecubitusmatras, zoals bijvoorbeeld een alterneringsmatras, voldoende?  
Ja            Nee            Nvt
- Zijn de bedden, inclusief obese client ergonomisch verrijdbaar? Met andere woorden: er is niet meer dan 20 – 25 kilogramkracht nodig bij het verrijden?  
Ja            Nee
- Kunnen de bedden door de deuren, in de liften, etc.?  
Ja            Nee



Copyright afbeelding: LOCOMotion



Het maximaal toelaatbaar gewicht van de hulpmiddelen is normaliter op het hulpmiddel of in de gebruiksaanwijzing vermeld. Vraag het desnoods na bij de leverancier en wees er zeker van dat de zorgverleners het maximum kennen.


## 5 Glijzeilen

- Zijn de glijzeilen (voor de transfers binnen de grenzen van het bed) groot genoeg? Het glijzeil moet minimaal aan beide zijkanten van de client zichtbaar zijn.

Ja            Nee            Nvt

- Bestaat het glijzeil minimaal uit twee lagen? Dan kunnen twee losse vellen zijn, of een tunnelversie.

Ja            Nee            Nvt



Copyright afbeelding: LOCOMotion

## 6 Stoelen

- Is de maximale capaciteit van de stoelen (in kilo's) voldoende? Denk aan rolstoelen, poststoelen, douchestoelen, stoelen in de wachtruimtes, onderzoeksstoelen, etc.

Ja            Nee

- Zijn de stoelen zo breed dat de billen niet vast komen te zitten tussen de leuningen?

Ja            Nee

- Zijn de armleuningen sterk genoeg om op te steunen?


Ja            Nee

- Zijn de rolstoelen verstelbaarheid aan de hand van het lichaamstype (appel, peer)?

Ja            Nee

- Als de stoelen niet elektrisch verrijdbaar zijn: is er niet meer dan 20 – 25 kilogramkracht nodig bij het verrijden?

Ja            Nee



Copyright afbeelding: euifit



Copyright afbeelding: euifit



Hulpmiddelen die speciaal voor obese clients zijn, kunnen vaak gehuurd of geleased worden. Bij niet frequent gebruik kan dit goedkoper zijn. Let er wel op dat deze hulpmiddelen een zeer korte levertijd ('same day') moeten hebben.

## 7 Tilliften

- Is de maximale capaciteit van de tillift voldoende?  
Ja      Nee      Nvt
- Is de maximale capaciteit van de tilbanden, dus voor passieve én staliften, voldoende?  
Ja      Nee      Nvt
- Zijn er tilbanden die passen bij de lichaamstypes (appel, peer)?  
Ja      Nee      Nvt
- Is het mogelijk de obese cliënt met de tillift, of gelijkwaardig hulpmiddel van de grond te tillen?  
Ja      Nee
- Is het mogelijk de mobiele tillift inclusief obese client, ergonomisch te verrijden? Met andere woorden er is niet meer dan 20 – 25 kilogramkracht nodig bij het verrijden?  
Ja      Nee      Nvt



Copyright afbeelding: LOCOMotion

Wil je weten hoe je op een eenvoudige manier kunt bepalen of je niet meer dan 20 – 25 kilo kracht nodig hebt bij het verrijden?

Kijk dan dit filmpje [https://www.youtube.com/watch?v=QRIF\\_mMpmTo](https://www.youtube.com/watch?v=QRIF_mMpmTo)



## 8 Toiletgang

- Is de maximale capaciteit van de toiletpot voldoende? Ga ervan uit dat dat niet het geval is bij een hangende toiletpot.  
Ja      Nee      Nvt
- Is de toiletpot aangepast aan de obese client: heeft de bril een bredere rand en een groter gat?  
Ja      Nee
- Zijn de steunen en beugels sterk genoeg? En zijn ze ook voldoende stevig in de muur bevestigd?  
Ja      Nee      Nvt
- Sommige toiletten hebben een opstamechanisme, vergelijkbaar met een opstatoel. Is de maximale capaciteit van de motor van het opstatoilet voldoende?  
Ja      Nee      Nvt
- Heeft het opstatoilet bij voorkeur een sproeiföhninstallatie?  
Ja      Nee      Nvt
- Is de ondersteek ('bedpan') speciaal geschikt voor obese cliënten?  
Ja      Nee      Nvt

- Is het incontinentiemateriaal groot genoeg? Is het speciaal bedoeld voor obese cliënten?  
Ja            Nee            Nvt
- Hebben de grootste maten incontinentiemateriaal voldoende variatie in de absorptie capaciteit?  
Ja            Nee            Nvt

## 9 Overlijden

- Is de lijkzak voldoende groot, breed en stevig?  
Ja            Nee            Nvt
- Is het materiaal voor de lijktooi ('afleggen') adequaat voor de overleden obese client?  
Ja            Nee            Nvt
- Is de maximale capaciteit en de breedte van brancard voldoende?  
Ja            Nee            Nvt
- Kunnen de horizontale transfers gedaan worden met een passieve (plafond)lift met voldoende tilcapaciteit? En met een tilband of tiljuk die voldoende ruim en sterk is?  
Ja            Nee            Nvt
- Is de koeling groot genoeg?  
Ja            Nee            Nvt
- Is de deurbreedte voldoende?  
Ja            Nee            Nvt
- Is de kist voldoende breed en stevig?  
Ja            Nee            Nvt

## 10 Last but not least

- Is gewichtsbepaling op verantwoorde wijze mogelijk? Denk aan een weegschaal of weegplateau met extra capaciteit. Of gewichtsbepaling als de client in de tillift hangt?  
Ja            Nee            Nvt
- Is het mogelijk de bloeddruk te bepalen? Door de omvang van de arm kan de manchet te klein zijn.  
Ja            Nee            Nvt
- Is de maximale capaciteit van de rollator voldoende? Om de duwen, maar ook om op te zitten? En de breedte? En de remcapaciteit? Met andere woorden: is de rollator geschikt voor de obese client?  
Ja            Nee            Nvt

- Zijn de lijnen voor bloedafname, perifere en centrale perfusie, thoraxdrainage, supra pubische sonde, PEG sonde, drains, katheters, etc. voldoende lang?

Ja            Nee            Nvt

- Heeft de personenlift voldoende capaciteit?

Ja            Nee            Nvt

- Is de diameter van de scanner voldoende? Kan de client de armen naast het lichaam houden, in plaats van op de buik? Houd rekening met de lichaamstypes (appel, peer): de maximale omvang van de obese client kan immers vrij lokaal zijn (heup, schouder, elleboogregio, billen, etc.).

Ja            Nee            Nvt

- Is de maximale capaciteit van het echotoestel voldoende? Wordt er gewerkt met een speciale probe voor obese clienten?

Ja            Nee            Nvt

- Zijn de hulpmiddelen die gebruikt worden bij een evacuatie sterk en breed genoeg?

Ja            Nee



Copyright afbeelding: LOCOMotion

## 11 Etcetera

Deze checklist is niet compleet. Als je je zorgorganisatie checkt aan de hand van deze BMI40+ Facility Check©, houd daarom je ogen goed open. Noteer eventuele knelpunten hieronder.

# Colofon

Deze versie (2023) van de BMI40+ Facility Check © is een doorontwikkeling van de oorspronkelijke 'BMI40+ ZorgOrganisatieToets', destijds (2016) ontwikkeld door JJ Knibbe en NE Knibbe (LOCOmotion) in opdracht van de Stichting Arbeidsmarktbeleid Verpleeg- en Verzorgingshuizen (SAB-V&V). Deze BMI40+ Facility Check © is tot stand gekomen met steun van eUlift.

## *Auteurs:*

Knibbe NE, Knibbe JJ (LOCOmotion, Nederland)

## *Met dank aan:*

Fillip Buckens (UZ Gent, België), Tania Goderis (AZ Alma, België), Lieven Maertens (Zorgergonomie, België) en Mary Willa Matz (MSPH, CPE President, Patient Care Ergonomic Solutions, Florida USA)

## *Vormgeving:*

Rob Krul (Moderne Meesters)

Heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen? Geef ze door aan [nico@knibbe.nl](mailto:nico@knibbe.nl), zo houden we samen deze vragenlijst zo accuraat en compleet mogelijk.

